РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА (АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ) № **024/2-251**

| **Весы лабораторные электронные AND GR-202, фирмы «A&D Co, LTD», Япония** | | |
|---|---|---|
| Инвентарный номер | Заводской № | № в Госреестре |
| 00002717 | 14226207 | 28101-04 |

Назначение: измерение массы

| Технические характеристики. | Место хранения. Условия эксплуатации |
|---|---|
| Класс точности: **I специальный**<br>Диапазон: **210 г.** | к. 801; (15 – 25) °С; RH не более 80 % |

Результаты первичной поверки от 2005 г.

| Проверяемая характеристика | Установленное значение | Допускаемое значение |
|---|---|---|
| *Протокол первичной поверки отсутствует* | КТ I | КТ I |

Периодичность поверки: 1 раз в год.

Техническое обслуживание проводится при поверке (калибровке)

Средство измерений пригодно для использования в лаб. 251 в соответствии с назначением с характеристиками и в условиях указанных выше.

Ответственный за состояние СИ и ВО _____ Мигаль П.В.

Журнал периодической поверки (калибровки) и технического обслуживания.

| № свид. (серт.) | Дата проведения | Результат |
|---|---|---|
| 122802-1414-241 | 01/08/12 | НмПВ 0,01 г, НПВ 210 г, дискретность отсчета : до 42 г 0,00001 г; до 210 г -0,0001; от 0,001 до 42 г - Δ=±0,00014 г, св. 42 г до 50 г -Δ=±0,0006 г, св. 50 г до 200 г - Δ=±0,0006 г, св. 200 до 210 г -Δ=±0,0010 г, СКО, не более: до 42 г - 0,000047 г, св. 42 до 200 г – 0,00020 г, св. 200 до 210 г – 0,00033 г |
| 139076-1188-241 | 26/08/13 | НмПВ 0,01 г, НПВ 210 г, дискретность отсчета : до 42 г 0,00001 г; до 210 г -0,0001; от 0,001 до 42 г - Δ=±0,00014 г, св. 42 г до 50 г -Δ=±0,0006 г, св. 50 г до 200 г - Δ=±0,0006 г, св. 200 до 210 г -Δ=±0,0010 г, СКО, не более: до 42 г - 0,000047 г, св. 42 до 200 г – 0,00020 г, св. 200 до 210 г – 0,00033 г |
| | | |
| | | |